




KTIO






Retrait de la perceuse puis du guide



- Fixation du pansement puis test aspiration
- En l'absence d'urgences vitale immédiate : anesthésie par injection bolus 0.2mL jusqu'à 2mL Lidocaïne
- Puis flush 20mL sérum phy adulte (10mL enfant)



Adaptation de la tubulure spécifique du kit



Mise en place soluté dans poche de contre pression et gonflage jusqu'à écoulement du sérum